



OFICIO SEMSAS N° 2.628/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EM 20/12/21, HORA 09:30
Ira Evelyn
ASSINATURA

Sorriso – MT, 20 de dezembro de 2021.

Prezado,

Ao tempo em que expresso meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste em consideração ao Pregão Eletrônico N° 47/2021, onde na ocasião vossa senhoria solicitou opinião técnica dessa Coordenação para avaliação dos equipamentos das empresas que ficaram em primeira colocação.

Diante do exposto acima, inicia-se exposição técnica sobre os produtos que levantaram dúvidas e os quais não se adequam ao perfil técnico aplicado em nossa assistência à saúde.

- LOTE 3 – Equipamento apresentado pela empresa vencedora da marca Comen modelo CM 1200B segundo equipe técnica do Telessaúde Mato Grosso não é compatível com a plataforma para Teleeletrocardiograma, tecnologia utilizada por nosso município há anos;
- LOTE 5 – Solicitar que a empresa especifique a marca e o modelo, caso possível encaminhe portfólio e folder que possam auxiliar a equipe técnica na avaliação, caso contrário não será possível proceder com avaliação, ocorrendo a desclassificação;
- Lote 6 - Solicitar que a empresa especifique a marca e o modelo, caso possível encaminhe portfólio e folder que possam auxiliar a equipe técnica na avaliação, caso contrário não será possível proceder com avaliação, ocorrendo à desclassificação;
- LOTE 24 – Solicitar que a empresa encaminhe mais informações sobre a marca e modelo do equipamento, como portfólio e folder que possam auxiliar a equipe técnica na avaliação, caso contrário não será possível proceder com avaliação, ocorrendo à desclassificação;
- LOTE 30 – Solicitar que a empresa encaminhe mais informações sobre a marca e modelo do equipamento, como portfólio e folder que possam auxiliar a equipe técnica na avaliação, pois não foi encontrado nenhum site em português com informações confiáveis sobre o produto, caso contrário não será possível proceder com avaliação, ocorrendo à desclassificação;
- LOTE 60 – Equipamento que foi apresentado pela empresa apresenta em seu descritivo serem munidos de ondas monofásicas, nossas equipes de emergências



P R E F E I T U R A D E

S O R R I S O

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

optam e indicam aparelhos de ondas bifásicas, pois são mais modernos e trabalham com correntes de energias mais controláveis. Considerando que o município já possui aparelhos com tecnologia de ondas bifásicas, opta-se pela desclassificação;

- LOTE 64 - Equipamento apresentado pela empresa vencedora da marca Comen modelo CM 1200B segundo equipe técnica do Telessaúde Mato Grosso não é compatível com a plataforma para Teleeletrocardiograma, tecnologia utilizada por nosso município há anos;
- LOTE 66 – Solicitar que a empresa encaminhe mais informações sobre a marca e modelo do equipamento, como portfólio e folder que possam auxiliar a equipe técnica na avaliação, pois foi levantada certa desafeição quanto à diferença absurda de valores em comparação com as demais colocadas, caso contrário não será possível proceder com avaliação, ocorrendo à desclassificação;
- LOTE 151 - Solicitar que a empresa encaminhe mais informações sobre a marca e modelo do equipamento, como portfólio e folder que possam auxiliar a equipe técnica na avaliação, pois não foi encontrado nenhum site em português com informações confiáveis sobre o produto, e junto informar quanto Assistência Técnica Especializada mais próxima, caso contrário não será possível proceder com avaliação, ocorrendo à desclassificação;

Sendo o que se apresentava para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar meus votos de estima e consideração.

Matheus Leandro Freiria
Coordenador da Atenção Especializada em Saúde
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Sorriso – MT.

Ao
Ilmo.
Eslen Parron
Gestor Departamento de Licitação
Prefeitura Municipal
Sorriso – MT
Nesta.