



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SORRISO – MT  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**OFÍCIO CIRCULAR 44/2021**

**Sorriso, 23 de Novembro de 2021.**

**AO: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Cumprimentando-os cordialmente e aproveitando a oportunidade para elencar apontamentos referentes aos itens vencedores do **PREGÃO 046/21** de materiais medico/hospitalares e correlatos para suprir a demanda da Secretaria municipal de Saúde.

A partir da análise do relatório final solicitamos:

- Envio de **amostra e/ou folder técnico demonstrativo** para análise dos produtos **LOTES 93, 96, 140, 147, 150, 214 e 224** por desconhecermos a marca vencedora. Julgamos o procedimento necessário para evitar aceite de marcas de baixa qualidade que podem comprometer o atendimento na rede assistencial em saúde do município.
- **Desclassificação** dos **LOTES 67, 68, 69, 70, 71 e 72**, pois através de consulta em literatura especializada constatamos que a marca vencedora “Solidor” não apresenta dispositivo de segurança, fato não condizente com o descritivo dos itens em questão bem como não satisfazem os critérios de biossegurança.
- **Desclassificação** dos **LOTES 156, 157, 158, 159, 160**, pois a marca vencedora “Mardan” não atende ao descritivo dos itens uma vez que este requereu marcas de referência de forma a nivelar qualidade mínima do produto. Observa-se que tal item quando de baixa qualidade tem seu uso aumentado, tornando-se mais oneroso ao município e tampouco atende satisfatoriamente o usuário.
- **Declassificação** dos **LOTES 48 e 49**, pois as marcas vencedoras não atendem ao descritivo. Para o lote 48 (bolsa de colostomia) requereu-se que o mesmo apresente “tela protetora” e fechamento integrado tipo “lock-roll”, itens que garantem maior segurança e conforto ao usuário. Através de consulta das especificações técnicas da marca vencedora “Vitalgold” (lê-se Vaitagold no relatório, provável erro) este produto não apresenta ambas as especificações acima citadas. Para o lote 49 (bolsa de urostomia) requereu-se que o item apresente barreira de resina, base adesiva convexa e



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SORRISO – MT**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

que seja recortável até 38mm. A partir de consulta em literatura técnica verificou-se que a marca vencedora não apresenta os requisitos acima citados, além de ser específica apenas para estomas de 45mm, não atendendo a necessidade desta Secretaria.

- **Desclassificação do LOTE 310**, pois a marca vencedora não atende ao descritivo do produto que sugere que o mesmo seja compatível com aparelhos Sens II Injex. Atualmente temos cerca de 800 pacientes em sua maioria idosos com estes aparelhos em uso domiciliar, 600 em estoque bem como estes aparelhos distribuídos em todas as Unidades de Saúde.

Sem mais para o momento, subscrevemos.

Atenciosamente.

**Ederson Roberto Perin**  
**Farmacêutico Bioquímico**  
**Departamento de Compras**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso**

**Vanina Tavares Müller**  
**Farmacêutica-Bioquímica**  
**Central de Abastecimento Farmacêutico**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso**